

Prohlášení o shodě*
Podle EN 45014:1998



My Esco Micro Pte Ltd
Se sídlem 21 Changi South Street 1

Singapore 486777
Tel: +65 65420833
Fax: +65 65426920

Tímto na svoji výhradní odpovědnost potvrzujeme, že výrobek:

Model : Airstream Biohazardní box třídy III

byl navržen a vyroben tak, aby odpovídal následujícím standardům, pokud je nainstalován a používán podle operačního a servisního manuálu:

- | | |
|------------------------|--|
| ▪ EN 50081 – 1: 1992 | Emise |
| ▪ EN 55022 | Proudové emise třídy A |
| ▪ EN 61000 – 3 – 2 / 3 | Emise harmonického proudu a kolísání napětí |
| ▪ EN55022 | Radiační emise třídy A |
| ▪ EN 50082 – 1 : 1997 | Odolnost |
| ▪ EN 12469 : 2000 | Mikrobiologické bezpečnostní boxy |
| ▪ EN 61010 – 1 (1997) | Bezpečnostní požadavky pro elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití |

Toto prohlášení platí také jako prohlášení o shodě s následujícími směrnicemi

- | | |
|--------------|---|
| ▪ 73/23 EEC | Směrnice o elektrických zařízeních určených pro užívání v určitých mezích napětí |
| ▪ 89/336/EEC | Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě |
| ▪ 93/68/EEC | Směrnice o značení CE |
| ▪ 98/37/EEC | Směrnice o strojních zařízeních |

Více informací je možné získat u autorizovaných distributorů firmy Esco se sídlem v EU, seznam těchto distributorů a nezbytné informace s kontakty jsou dostupné na požádání od firmy Esco.

Lim Lay YEW
Výkonný ředitel

* platí jen pro 230V 50Hz boxy